J.P. SELECTA, S.A.U.
Autovia A2, Km 585,1
08630 ABRERA (Barcelona) - Spain
Phone: 0034 93 770 0877
mail.: calidad@jpselecta.es

DECLARACION DE CONFORMIDAD UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE

FECHA DE FABRICACION
MANUFACTURE DATE
DATE DE FABRICATION

15/11/2024

El fabricante / The manufacturer / Le fabricant
J.P. SELECTA, S.A.U
Declara que el producto descrito es conforme a las directivas CE y normas siguientes:
Declare that the product decribed is in conformity with following EC directives and standards:
Déclarez que le produit décrit est conforme aux directives CE et normes suivantes:

CODIGO: /CODE:	MODELO: / TYPE:	Nº SERIE:/ S/N:
4002522	AUTOCLAVE AUTESTER ST DRY - S USB 80L*	******

Low voltage Directive	2014/35/UE	*Directiva de seguridad electrica. Directive for electrical safety. Directive sur la sécurité électrique.*
EMC Directive	2014/30/UE	*Directiva de Compatibilidad elctromagnética / Directive for electromagnetic compatibility./ Directive sur la Compatibilité Electromagnétique.*
Pressure Equipment Directive	2014/68/EU	*Directiva de Equipos a presión / Directive for pressure devices./ Directive des equipes sous pression.*
RoHS Directive	2011/65/UE	*Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos / Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment / Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques*

UNE EN IEC 61326-1:2021	*Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnetica (CEM) / Electrical equipement for measurement, control and laboratory use. EMC Requirements. / Matériel électrique pour la mesure, le contrôle et l'utilisation en laboratoire. Exigences EMC.*
UNE EN 61010-1:2011/A1:2020	*Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 1: Requisitos generales.Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use.Part1:General requirements. Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratorie. Partie 1: Prescriptions générales.*
UNE EN IEC 61010-2-040:2021	*Requisitos particulares para autoclaves.* *Particular requirements for autoclaves.* *Exigences particulières de autoclaves.*
UNE-EN-IEC 63000:2022	*Documentación técnica para la evaluación de los productos eléctricos y electrónicos con respecto a la restricción de sustancias peligrosas./ Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances. / Documentation technique pour l'évaluation des produits électriques et électroniques par rapport à la restriction des substances dangereuses*

Datos del autoclave /Autoclave data/Données d'autoclave PED 2014/68/UE

Código de diseño. Design code. Code de design.:	AD-2000
Fluido contenido. Fluid contens. Fluide contenu.:	Water/Steam/Air (gr.2)
Máx. presión. Max. admisible pressure. Pression max.:	PS: -1,0/2,5 bar
Temperatura de diseño. Design temperature. Temperature de design.:	TS: 150 ºC
Volumen total. Total volume. Volume total. (L):	79,4
Categoria. Category. Categorie :	I
Modulo. Module. Modul:	A

J. Puig
General Manager

Printed: 15-nov-24

CE