

**J.P. SELECTA,
s.a.u.**

**Declaración de conformidad CE
CE conformity declaration
Déclaration de conformité CE**

7002576

El fabricante: / The manufacturer: / Le fournisseur:

J.P. SELECTA, s.a.u.

Autovia A2 Km 585.1 08630 Abrera (Barcelona) SPAIN

Declara que el equipo: / Declare that the product: / Déclare que l'appareil:

Código: / Code: / Code: Modelo: / Type: / Modèle:

**7002576 CENTRIFUGA MIXTASEL -BLT 230V 50/60HZ
CENTRIFUGE MIXTASEL -BLT 230V 50/60Hz**

Cumplen las directivas siguientes: Meet the following Directives: Accomplit les directives suivantes:

2014/35/CE Directiva de seguridad eléctrica.
Directive for electrical safety.
Directive the sécurité électrique.

2014/30/CE Directiva de Compatibilidad electromagnética.(CEM)
Directive for electromagnetic compatibility.(EMC)
Directive the Compatibilité électromagnétique.(CEM)

2011/65/CE ROHS Directive.

Cumplen las siguientes Normas: Meet the following Standarts: Accomplit les normes suivantes:

EN 61326-1 : 2013 *Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM)*
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use. EMC Requirements.
Matériel électriques de mesure, de commande et de laboratoire. Prescriptions relatives à la CEM.

EN 61010-1 : 2010 *Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 1: Requisitos generales*
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use. Part 1: General requirements.
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de régulation et de laboratoire. Partie 1: Prescriptions général

EN 61010-2-020 : 2006 *Requisitos particulares para centrifugadoras de laboratorio*
Particular requirements for laboratory centrifuges
Prescriptions particulières pour centrifugeuses de laboratoire

J. Puig
General Manager

Abrera, 19-dic-16