

**J.P. SELECTA,
s.a.u.**

**Declaración de conformidad CE
CE conformity declaration
Déclaration de conformité CE**

3000540

El fabricante: / The manufacturer: / Le fournisseur:

J.P. SELECTA, s.a.u.

Autovia A2 Km 585.1 08630 Abrera (Barcelona) SPAIN

Declara que el equipo: / Declare that the product: / Déclare que l'appareil:

Código: / Code: / Code: Modelo: / Type: / Modèle:

**3000540 TERMOSTATO DE INMERSION TERMOTRONIC 100
INMERSION THERMOSTAT TERMOTRONIC 100**

Cumplen las directivas siguientes: Meet the following Directives: Est conforme aux directives suivantes:

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|---|
| 2014/35/CE | Directiva de seguridad eléctrica. Directive for electrical safety. Directive sur la sécurité électrique. | 2014/30/CE | Directiva de Compatibilidad electromagnética.(CEM) Directive for electromagnetic compatibility.(EMC) Directive sur la Compatibilité Electromagnétique.(CEM) |
| | | 2011/65/CE | ROHS Directive. |

Cumplen las siguientes Normas: Meet the following Standarts: Répond aux normes suivantes:

| | |
|------------------------------|---|
| EN 61326-1 : 2013 | <i>Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) Electrical equipment for measurement, control and laboratory use. EMC Requirements. Matériel électrique de mesure, de contrôle et de laboratoire. Prescriptions relatives à la CEM.</i> |
| EN 61010-1 : 2010 | <i>Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 1: Requisitos generales Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use. Part 1: General requirements. Règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de contrôle et de laboratoire. Partie 1: Prescriptions générales</i> |
| EN 61010-2-010: 2014 | <i>Requisitos particulares para equipos de laboratorio utilizados para el calentamiento de materiales. Particular requirements for laboratory equipment for the heating of materials. Prescriptions particulières pour appareils de laboratoires utilisés pour l'échauffement des matières.</i> |
| EN 61010-2-051 : 2003 | <i>Requisitos particulares para equipos de laboratorio para mezcla, golpeteo y agitación Particular requirements for laboratory equipment for mechanical mixing and stirring Prescriptions particulières pour appareils de laboratoire utilisés pour mixer et agiter</i> |

J. Puig
General Manager

Abrera, 07-nov-18